



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/010



Тел. 0631 / 68 101

Факс: 0631 / 60 504

E-mail: obshtina@svishtov.bg

Изх. № 26-00-707 от 18.03.2013 г.



ОБЩИНА СВИЩОВ

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на медицинска апаратура за проект: „Реконструкция, обновяване и
оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов”, обявена с № 00753-
2013-0007 в Регистъра на обществените поръчки.**

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, давам следните разяснения:

ВЪПРОС №22

По отношение на „Поз.5 – СТАЦИОНАРЕН ДИГИТАЛЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ“. От поставените технически изисквания: „РЕЖИМИ 3D, В, В+В, М, В+М“ и „ЗАПИС на 2D и 3D образи“ става ясно, че следва да бъдат предложени апарати с 3D режим. От друга страна в изискването „ТРАНСДЮСЕРИ МУЛТИЧЕСТОТНИ – линеен, конвексен, ендовагинален“ не е посочен ОБЕМЕН трансдюсер с който да бъде извършвана аквизицията на 3D образи. От друга страна в наименованието си ултразвуковия апарат е описан като МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН, а не като АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН където обикновено е приложим 3D режим. В тази връзка моля Възложителят да разясни дали апаратът следва да бъде офериран с 3D режим и обемен конвексен трансдюсер, или следва да се предложат апарати без 3D режим?

РАЗЯСНЕНИЯ НА ВЪПРОС №22

Платформата на апарата трябва да поддържа изброените режими 3D, В, В+В, М, В+М. И да покрива всички останали изисквания, с трите вида мултичестотни трансдюсери: линеен, конвексен и ендовагинален. Доставката на обемен конвексен трансдюсер да смята за опция.

ВЪПРОС №23

Относно поз.18 Ултразвуков инхалатор – с какъв обем да бъде съдържателя за медикамент и съдържателя за допълнителен медикамент?