



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/010



Тел. 0631 / 68 101
Факс: 0631 / 60 504
E-mail: obshtina@svishtov.bg



ОБЩИНА СВИЩОВ

Изх. № 26-00-353 от 11.03 2013 г.

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на медицинска апаратура за проект: „Реконструкция, обновяване и
оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов”, обявена с № 00753-
2013-0007 в Регистъра на обществените поръчки.**

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, давам следните разяснения:

ВЪПРОС №2

Бихте ли уточнили по позиция №6 СЕЛЕКТИВЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР каква производителност (възможност за изработване на тестове за един час) трябва да притежава биохимичният анализатор?

РАЗЯСНЕНИЯ НА ВЪПРОС №2

Производителност /брой тестове за един час (без ISE)-не по-ниска от 300 проби на час.

ВЪПРОС №3

В критериите, показателите и методиката за оценка на офертите, по позиция №8 КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР като характеристика, която дава +2 точки е записано: „19. Едногодишен кит консумативи“. За да можем да предвидим необходимия вид и брой консумативи, които да включим в този кит, бихте ли пояснили каква натовареност на анализатора предвиждате (приблизително колко проби на ден би измервал той)?

РАЗЯСНЕНИЯ НА ВЪПРОС №3

По информация от МБАЛ Свищов -около 2000 изследвания годишно.

ВЪПРОС №4

В таблицата с технически спецификации на необходимото оборудване, по позиция №11 ЛАБОРАТОРНА ЦЕНТРОФУГА е записано следното: Максимална стойност-5000 об/мин.”, както и „Диапазон на оборотите минимум 5000 об/мин.”. Бихте ли уточнили каква минимална и максимална скорост трябва да осигурява центрофугата?

РАЗЯСНЕНИЯ НА ВЪПРОС №4

Възложителят ще приеме предложения с диапазон на максималната скорост в обхват: от 3000 до 5000 об./мин.

Забележка: Настоящият отговор ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Свищов www.svishtov.bg в раздел „Обществени поръчки“ и става неразделна част от документацията за участие.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ:

ЗАМ.-КМЕТ „СФП“ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
в качеството на Възложител, упълномощен със
Заповед №126-РД-01-03/14.02.2013 г.

Съгласувал:
(Д. Станкова, Нач. отдел „ОП“)

Изготвил:
(М. Иванова, ст. експ. „ОП“)